

政策文件

国家卫生健康委办公厅关于印发职业病医院基本标准（二级、三级）的通知

发布时间：2025-08-28 来源：医政司

国卫办医政发〔2025〕23号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委：

为进一步贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，加强职业病防治能力建设和服务体系建设，提高职业病防治水平，我委制定了《职业病医院基本标准（二级、三级）》（以下简称《标准》）。现印发给你们，请遵照执行。

本通知自印发之日起施行。《标准》实施前已设立的职业病医院应当在本标准实施后1年内，依照《标准》规定进行调整。各级卫生健康行政部门应当按照《标准》对现有职业病医院进行校验。

国家卫生健康委办公厅
2025年8月13日

（信息公开形式：主动公开）

职业病医院基本标准（二级、三级）

二级职业病医院

一、床位

住院床位总数在100-199张。

二、科室设置

（一）临床科室：至少设有职业病科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科（应当设置听力检测室）、皮肤科、心理门诊、康复医学科；

（二）医技科室：至少设有药剂科、医学检验科、医学影像科、病案室。

三、人员

（一）每床至少配备0.7名卫生技术人员；

（二）科室负责人至少有1名具有主治医师以上职称的医师；

（三）至少有3名具有副主任医师以上职称的医师，其中至少有1名主任医师；

（四）至少有5名具备职业病诊断资质的医师；

（五）每床至少配备0.4名护士；

（六）药学、影像、检验等医技科室需按规定配备医学专业技术人员。

四、房屋

每床建筑面积不少于45平方米。

五、设备

（一）基本设备：

呼吸机

电动吸引器

自动洗胃机

心脏除颤器

多功能抢救床

数字化X线摄影系统（DR）

电子计算机X射线断层扫描仪（CT）

中耳分析仪

诊断型听力计
眼底镜
(便携式)肺功能仪
心电监护仪
心电图机
眼科裂隙灯
多普勒超声仪
尿液分析仪
全自动血液分析仪
全自动酶标仪或全自动免疫化学发光分析仪
血气分析仪
全自动生化分析仪
全自动细菌鉴定分析系统
给氧装置

(二) 病房每床单元设备: 与二级综合医院相同;

(三) 有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、职业病医院要具备常见职业病诊疗能力, 制订各项规章制度、人员岗位责任制, 有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程, 并成册可用。

三级职业病医院

一、床位

住院床位总数在200张及以上。

二、科室设置

(一) 临床科室: 至少设有职业病科(应当包括以下专业方向: 职业中毒专业、尘肺专业、放射病专业、物理因素损伤专业、职业健康监护专业、肌肉骨骼疾病专业)、急诊科、内科、外科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科(应当设置听力检测室)、口腔科、皮肤科、心理门诊、康复医学科、麻醉科。

(二) 医技科室: 至少设有药剂科、医学检验科(含理化检验室、毒理实验室)、医学影像科、病理科、病案室。

三、人员

- (一) 每床至少配备0.7名卫生技术人员；
- (二) 每临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称的医师；
- (三) 每医技科室至少有1名具有中级以上职称的医师；
- (四) 中医科至少配备2名中医类别执业医师；
- (五) 至少有5名具有副主任医师以上职称的医师，其中至少有2名主任医师；
- (六) 至少有10名具备职业病诊断资质的医师；
- (七) 每床至少配备0.4名护士；
- (八) 药学、影像、检验等医技科室需按规定配备医学专业技术人员。

四、房屋

每床建筑面积不少于45平方米。

五、设备

- (一) 基本设备：

呼吸机

电动吸引器

自动洗胃机

心脏除颤器

多功能抢救床

数字化X线摄影系统（DR）

电子计算机X射线断层扫描仪（CT）

车载DR或CT

磁共振成像仪（MRI）

中耳分析仪

诊断型听力计

耳声发射测试仪

眼底镜

视野计

眼底照相机

眼科裂隙灯

（便携式）肺功能仪

麻醉机
心电监护仪
心电图机
多普勒超声仪
脑电图仪
神经-肌电图仪
电子支气管镜
内窥镜摄像系统
全自动内窥镜消毒机
尿液分析仪
全自动血液分析仪
全自动生化分析仪
全自动凝血分析仪
全自动酶标仪或全自动免疫化学发光分析仪
血气分析仪
全自动细菌鉴定分析系统
全自动染色体微核分析系统
电感耦合等离子体质谱
酸度计
原子吸收分光光度计
原子荧光光度计
给氧装置
血液净化相关设备（血液滤过机、血液透析仪等）
(二) 病房每床单元设备：与三级综合医院相同；
(三) 有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

六、职业病医院要具备常见职业病诊疗能力，制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。

相关链接： 《职业病医院基本标准（二级、三级）》政策解读

